



## *Henke Ultra-Asept*

### ***Henke Ultra-Asept Gebrauchsanweisung***

Henke-Sass, Wolf  
Injektionsspritze  
mit Luer oder Luer Lock Ansatz

Die Spritzengröße (Volumen) sowie der Ansatz ist auf dem Spritzen-Karton vermerkt.

Wichtig! Injektionsspritze vor der Anwendung sterilisieren

- Durch Zurückziehen der Kolbenstange wird die Spritze gefüllt.
- Das Aufschrauben der Einmalkanüle erfolgt in der üblichen Weise
- Nach Ausspritzen einiger Tropfen der Injektionslösung, dabei wird die Spritze senkrecht nach oben gehalten, ist die Spritze gebrauchsfertig.
- Die Anwendung dieses Sprizentyps darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

Reinigen und Sterilisation:

Nach dem Einsatz bei einem Patienten ist die Spritze vor der weiteren Verwendung zu reinigen und zu sterilisieren (im Autoklaven bei max. 134°C).

Henke-Sass, Wolf GmbH Injektionsspritzen entsprechen den grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren u. Zwecke. Anwendung und Verwendung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen".

**Hersteller: Henke-Sass, Wolf GmbH  
Keltenstr. 1 • D-78532 Tuttlingen**

WIAS 06/08 740147



## *Henke Ultra-Asept*

### ***Henke Ultra-Asept Gebrauchsanweisung***

Henke-Sass, Wolf  
Injektionsspritze  
mit Luer oder Luer Lock Ansatz

Die Spritzengröße (Volumen) sowie der Ansatz ist auf dem Spritzen-Karton vermerkt.

Wichtig! Injektionsspritze vor der Anwendung sterilisieren

- Durch Zurückziehen der Kolbenstange wird die Spritze gefüllt.
- Das Aufschrauben der Einmalkanüle erfolgt in der üblichen Weise
- Nach Ausspritzen einiger Tropfen der Injektionslösung, dabei wird die Spritze senkrecht nach oben gehalten, ist die Spritze gebrauchsfertig.
- Die Anwendung dieses Sprizentyps darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

Reinigen und Sterilisation:

Nach dem Einsatz bei einem Patienten ist die Spritze vor der weiteren Verwendung zu reinigen und zu sterilisieren (im Autoklaven bei max. 134°C).

Henke-Sass, Wolf GmbH Injektionsspritzen entsprechen den grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren u. Zwecke. Anwendung und Verwendung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen".

**Hersteller: Henke-Sass, Wolf GmbH  
Keltenstr. 1 • D-78532 Tuttlingen**

WIAS 06/08 740147

